

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P001	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		048899411#1218 115-08-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣
	■排放流率						
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	12.75%	10.40ppm	82.09ppm	61.10ppm	37.80ppm	11.24%
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	0.00%	0.15ppm	46.42ppm	2.44ppm	8.13ppm	5.24%
	c.月平均值	2.36%	2.80ppm	66.55ppm	17.73ppm	15.15ppm	7.97%
	d.合計排放量	0.00Kg	1265.81Kg	11772.46Kg	2109.37Kg	2399.08Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	40.83Kg/day	379.76Kg/day	68.04Kg/day	77.39Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.11% 0.09% 1.38%	8.40%	6.17%	5.93%	-0.91%	4.87%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-06-12	115-05-05	115-05-05	115-05-05	115-06-12	115-05-05
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-	-	-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	100.00%	100.00%	100.00%	99.16%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.72%	100.00%	99.30%	99.86%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.5小時	9.0小時	7.0小時	9.0小時	9.0小時	8.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	11.9小時	24.0小時	24.0小時	24.0小時	24.0小時	24.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	2.0小時	0.0小時	5.0小時	1.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防治設施故障、維修之日期						
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		120-01-18	120-01-18	120-01-18	120-01-18	116-08-07
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-01-27	116-01-27	116-01-27	115-11-20	117-02-08
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____
摘	ae.本監測設施之上游污染源代號 E001，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。						
	燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：13639.43(單位：公噸)，月平均含硫分：0.03% 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：45.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%						
要	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P001。						
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					

連續自動監測紀錄月報表(1A)

中華民國 115 年 07 月 監測紀錄月報表

		管制編號		排放管道排放口或監測點之編號		P002	
1 基本資料	a.公私場所名稱	彰化縣溪州垃圾資源回收(焚化)廠				b.負責人	
	c.連續自動監測紀錄月報表紀錄者姓名	d.職稱		操作組長		e.電話	
	f.連續自動監測紀錄月報表紀錄者身份證字號	g.證書字號		h.填表日期		048899411#1218 115-08-04	
2	監測項目	■不透光率	■二氧化硫	■氮氧化物	■一氧化碳	■氯化氫	■氧氣
		■排放流率					
監測	a.最大之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	30.56%	13.00ppm	107.31ppm	240.08ppm	66.37ppm	20.86%
	b.最小之六分鐘或一小時監測數據紀錄值	1.43%	0.46ppm	0.55ppm	0.84ppm	0.53ppm	6.16%
	c.月平均值	3.29%	1.80ppm	67.64ppm	21.82ppm	16.33ppm	9.23%
	d.合計排放量	0.00Kg	740.78Kg	11224.46Kg	2286.35Kg	2298.08Kg	0.00Kg
	e.日平均排放量	0.00Kg/day	23.90Kg/day	362.08Kg/day	73.75Kg/day	74.13Kg/day	0.00Kg/day
	f.空氣污染物不符合排放標準之日期						
	g.監測設施之量測頻率	10秒	60秒	60秒	60秒	60秒	60秒
	h.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核之結果	0.13% 0.22% 1.43%	0.57%	3.68%	7.19%	-1.51%	2.68%
	i.校正誤差、相對準確度、準確度或標準氣體查核測試之日期	115-06-12	115-04-07	115-04-07	115-04-07	115-06-12	115-04-07
	j.NO ₂ /NO轉化器效率測試之結果	-	-	%	-	-	-
記	k.NO ₂ /NO轉化器效率測試之日期	-	-		-	-	-
	l.原始數據落於全幅設定值內之百分率	99.95%	100.00%	100.00%	98.48%	100.00%	100.00%
	m.總日曆天時數	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時	744小時
	n.有效監測時數百分率	100.00%	100.00%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
	o.停電期間影響監測設施正常運作之總時數	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	p.進行第十四條例行校正測試、查核或檢查，致影響監測設施正常運轉之總時數D _z	0.0小時	4.0小時	3.0小時	4.0小時	4.0小時	4.0小時
	q.監測設施進行維護之總時數D _i	5.6小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時	16.0小時
	r.無效數據總時數D _u	0.0小時	0.0小時	1.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	s.遺失數據總時數D _m	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
	t.未符合第十條實施檢測規定期間之總時數D _c	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時	0.0小時
月	u.停電期間影響監測設施正常運轉之日期						
	v.監測數據遺失日期						
	w.監測設施依第九條規定辦理汰換、量測位置變更、故障損壞或拆除作業之日期						
	x.備用監測設施使用日期						
	y.污染防制設施故障、維修之日期						
	z.零點校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	aa.全幅校正標準氣體或校正器材類型	濾光片	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶	標準氣體鋼瓶
	ab.零點校正標準氣體或校正器材使用期限		117-01-21	117-01-21	117-01-21	117-01-21	117-01-07
	ac.全幅校正標準氣體或校正器材使用期限		116-01-27	116-01-27	116-01-27	115-12-16	117-01-07
	ad.本監測設施是否同時監測其他排放管道或監測點	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____	□是，編號： _____
摘	ae.本監測設施之上游污染源代號 E002，■是 □否 使用燃料，勾選「是」請續填下列資料。						
	燃料名稱：廢棄物，燃料月使用量：13234.16(單位：公噸)，月平均含硫分：0.03% 燃料名稱：柴油，燃料月使用量：3284.00(單位：公升)，月平均含硫分：0.00% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：% 燃料名稱：，燃料月使用量：(單位：)，月平均含硫分：%						
要	af.本排放管道■是 □否 依據第五條第二項第一款規定僅設置排放流率監測設施，勾選「是」請填寫經同一防制設施處理後排放量最大之排放管道編號：P002。						
說明事項		連續自動監測紀錄月報表紀錄者應負責監測設施量測數據之正確性，依空氣污染防制法第五十四條之規定有申報義務，明知為不實之事項而申請、申報不實或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣二十萬元以上五百萬元以下罰金。					